



ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

**ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Αθήνα, 07/09/2017

Αρ. Πρωτ.: 982/2017

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα και κατόπιν ανάρτησης του Νοσοκομείου σας, σας αποστέλλουμε τεχνικές παρατηρήσεις περί διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια είδους «**13. Λυχνία εξεταστική**».

Ως απαραίτητες Λειτουργικές Προδιαγραφές βάσει του Ν.4412/2016 και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε. (άρθρο 54), είναι εκείνες που εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και ισότιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό και θεωρούμε ότι είναι οι ακόλουθες, στις οποίες έχουν προστεθεί με έντονη γραφή (bold) οι παρατηρήσεις μας.

Τονίζουμε ότι οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις αυτές προέκυψαν με γνώμονα την διαμόρφωση των ουσιαστικών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα παρακάτω προϊόντα και όχι την περιγραφή μεμονωμένων, σπάνιων και μη ουσιαστικών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές προσδιορίζουν συγκεκριμένο είδος, προκειμένου να προετοιμαστούν οι τελικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

Διατελώντας στη διάθεση σας για οιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση.

**Για την Α. Ε.,
Με εκτίμηση**

ΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Πάρνηθος 44, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής Τ.Κ. 144 52
Τηλ.: 210 2841006 - Φαξ: 210 2826045
ΑΦΜ: 082899566 - ΑΟΥ.Π.Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Πρωτ.: 982/2017 ΦΑΚ. 100228

Αριστείδης Τονικίδης
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 45.000 lux τουλάχιστον στο 0,5m. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC60601-2-41 που περιγράφει τις ειδικές απαιτήσεις χειρουργικού και εξεταστικού φωτισμού, η μέτρηση της μέγιστης φωτεινότητας γίνεται στα 100cm. Προτείνουμε την επαναφορά της αρχικής διατύπωσης, δηλαδή:

«2. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς φωτός στον προβολέα να είναι 45.000 lux τουλάχιστον στο 1m. Μεγαλύτερη ένταση θα αξιολογηθεί θετικά.»