

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 24673-50626
E-MAIL: prom@kastoriahospital.gr

Αθήνα 07 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. πρωτ: 2017/Ε/Ο/90923/ΜΚ/δκ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

Αξιότιμοι κύριοι ,

Σε συνέχεια του αιτήματος σας 2ης διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ** είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καταθέσουμε τις Τεχνικές προδιαγραφές.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Μετά τιμής,
Για την
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ



Μαρία Καλόγλου
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



A/A:7e ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να καλύπτει λειτουργίες:

Τομή και αιμόσταση υπό το ύδωρ για ουρολογικές επεμβάσεις(TUR)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να καλύπτει λειτουργίες:

Τομή και αιμόσταση υπό το ύδωρ για ουρολογικές επεμβάσεις(TUR)

Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με ρεζεκτοσκόπια όλων των κυρίων κατασκευαστών και να διατίθενται τα απαραίτητα καλώδια τα οποία να αναφερθούν.

A/A:16 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και προστασίας ασθενή έναντι εγκαυμάτων διαρρέοντας ρεύματος και διακοπής ουδέτερου ηλεκτροδίου με οπτικοακουστική σήμανση και παράλληλη διακοπή της ισχύος εξόδου. Να δοθούν πλήρη στοιχεία του συστήματος αυτού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει σύστημα συνεχούς ελέγχου της καλής επαφής και της συμμετρίας του ηλεκτροδίου επιστροφής με τον ασθενή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλέστερη τοποθέτηση του. Σε περίπτωση προβλήματος να ενεργοποιείται οπτικοακουστικό ALARM και να διακόπτεται η λειτουργία της διαθερμίας. Να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτροδίων επιστροφής μιας χρήσεως τα οποία να μπορούν να τοποθετηθούν στον ασθενή ανεξάρτητα κατεύθυνσης για μεγαλύτερη ασφάλεια. Η δυνατότητα αυτή να πιστοποιείται από το εργοστάσιο.

Να παρέχεται εργοστασιακή εγγύηση για την αποφυγή εγκαυμάτων του ασθενή.