

Τεχνικές προδιαγραφές αναλώσιμων για τις ανάγκες λειτουργίας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν. Καστοριάς.

A/A	Περιγραφή είδους		
1	Φύσιγγες σκόνης διτανθρακικού νατρίου 720 gr για μηχαν. BRAUN		
2	Φύσιγγες σκόνης διτανθρακικού νατρίου 720 gr για μηχαν. Fresenius		
3	Βελόνα – Φίστουλα παρακέντησης αγγειακών προσπελάσεων με κλιπς (περιστρεφόμενη πεταλούδα και οπή (black – Eye) Διάμετρος βελόνας 15 G (150 mm)		
4	Βελόνα – φίστουλα παρακέντησης αγγειακών προσπελάσεων με κλιπς (περιστρεφόμενη πεταλούδα και οπή (black – Eye) Διάμετρος βελόνας 16 G (160 mm)		
5	Συνδετικά τύπου Y (χωρίς βελόνα) για αιμοκάθαρση μονής βελόνας		
6	Σετ παρακέντησης φίστουλας (σετ Αιμοκάθαρσης)		
7	Φίλτρα μονάδας επεξεργασίας νερού: Φίλτρα μικροσωμάτων 20 Microns 10"		
8	Φίλτρα μονάδας επεξεργασίας νερού: Φίλτρα μικροσωμάτων 5 Microns 10"		
9	Φίλτρα μονάδας επεξεργασίας νερού: Φίλτρα άνθρακος 20 Microns 10"		
10	Διαλύματα 3,5 mEq Ca (γλυκόζη) 5 lit		
11	Διαλύματα 2,5 mEq Ca (γλυκόζη) 5 lit		
12	Διαλύματα 3,2 mEq Ca (γλυκόζη) 5 lit		
13	Διαλύματα 1,5 mEq Ca (γλυκόζη) 5 lit		
14	Διαλύματα έκπλυση και ηπαρίν. Φίλτρων 1 lt		
15	Λαβίδα πλαστική για γραμμή αιμοκάθαρσης		
16	Αντιδραστήρια Ελέγχου Σκληρότητας Νερού		
17	Διαλύματα αφαλάτ. Απολύμ. για μηχαν. Fresenius 5 lit		
18	Απολυμαντικό διάλυμα για μηχανήμα Braun κιτρικό οξύ 50% 5 lit		
19	Μόνιμοι Καθετήρες Αιμοκάθαρσης		

Η Επιτροπή προδιαγραφών

Τζιάμαλης Μάριος

Τζήμα Πηνελόπη

Σπυρίδου Παρθένα