

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τμήμα Προμηθειών

Ιωάννινα, 26 Ιουλίου 2017

1^η Δημόσια Διαβούλευση επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν «Ορθοπεδικά υλικά».
Με αρ. πρωτ: 4180/30-05-2017


Ημερομηνία υποβολής έως 27-07-2017 και ώρα 14:00.

Σας παραθέτουμε τα σχόλια της εταιρείας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την διενέργεια Δημόσιας διαβούλευσης για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (CPV 33141700-7)

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		
A/A	Περιγραφή αιτήματος/τεχνικές προδιαγραφές	Παρατηρήσεις
A) Ορθοπεδικά υλικά CPV 33141700-7	15) Ξηρό ανθρώπινο μόσχευμα Οστέινο Ξηρό ανθρώπινο μόσχευμα φλοισπογγώδη, χωρητικότητας 5cc κα 10cc, και 15cc σε αποστειρωμένο βαζάκι ή συσκευασία	<u>Ξηρά Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα</u> επεξεργασμένα με νέες τεχνικές μη λυοφιλοποιημένα, σε ενυδατωμένη μορφή έτοιμα προς χρήση (να μην χρειάζονται ενυδάτωση). Η αποστείρωσή τους να γίνεται με χαμηλή δόση γ ακτινοβολίας. Να διατίθενται σε μορφή Τριμμάτων (Σπογγώδη και Φλοισπογγώδη) από 0,1-8mm των 5, 10 και 15cc. Να φέρουν πιστοποιητικό FDA, AATB και ISO της τράπεζας οστών. Να μην έχει γίνει ανάκληση μοσχευμάτων την τελευταία δεκαετία από το FDA. Η εταιρεία που τα προσφέρει να διαθέτει αδειοδότηση-πιστοποίηση από τον EOM και το Υπουργείο Υγείας βάσει του άρθρου 53 του ν. 3984/2011. Να διατίθενται σε αποστειρωμένες συσκευασίες (κουτί).

Με εκτίμηση

Τόλιου Μαίρη


BIOGENESYS
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.
ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 452
ΑΦΜ:092005922 ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩ
ΤΗΛ. 2651094777 FAX: 265109470