

SurgiLife

SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Σαρανταπούρου 15, Αθήνα Τ.Κ. 111 44, ΕΔΡΑ: Δροσίν 2, Αθήνα Τ.Κ. 111 41
Τηλ.: 210 21 16 291 - Fax: 210 21 16 292 - e-mail: surgilife@surgilife.gr

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΨΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ)

Αξιότιμοι κύριοι – κυρίες,

Λάβαμε γνώση της ως άνω διαβούλευσης και θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

A/A:1 Εδώ ζητείται σετ προσχηματισμένου επίπεδου πλέγματος και κώνου με εσωτερικά πέταλα. Πιστεύουμε ότι ο λόγος για τον οποίο ο ζητούμενος κώνος πρέπει να διαθέτει πέταλα είναι για να προσαρμόζεται στην ανατομία της περιοχής όπου θα τοποθετηθεί, η οποία διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

Σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τις προδιαγραφές των δημόσιων διαγωνισμών, θα πρέπει να ισχύει η έννοια του “ισοδύναμου” δηλαδή η δυνατότητα των διαγωνιζόμενων να προσφέρουν υλικά τα οποία να ανταποκρίνονται στην χρήση για την οποία προορίζονται από τον φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού ή ακόμα και να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις.

Η εταιρεία μας διαθέτει σετ προσχηματισμένου επίπεδου πλέγματος και κώνου ο οποίος είναι κατασκευασμένος κατά τρόπον ώστε να διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα και επομένως να προσαρμόζεται στην ανατομία της περιοχής όπου θα τοποθετηθεί χωρίς την ύπαρξη εσωτερικών πετάλων. Επιπλέον είναι πολύ ελαφρύς και φέρει σπειροειδείς εξωτερικές ραβδώσεις (loops) για καλύτερη στήριξη και ενσωμάτωση στους ιστούς.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

A/A: 1 Σετ που να αποτελείται από προσχηματισμένο επίπεδο πλέγμα με οπή διαστάσεων περίπου 10 X 4,5 εκ. και προσχηματισμένου κώνου ο οποίος να προσαρμόζεται στην ανατομία της περιοχής όπου θα τοποθετηθεί, κατάλληλο για ευθείες και λοξές βουβωνοκήλες, από καθαρό πολυπροπυλένιο, διαστάσεων κώνου τουλάχιστον 4,1 X 4,8 εκ.

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση ζητήσετε.

Με τιμή,
Για την SURGILIFE Ε.Π.Ε.

SURGILIFE Ε.Π.Ε.
SURGILIFE ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε.Π.Ε.
ΔΡΟΣΙΝΗ 2, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 111 41
ΑΦΜ: 959853119 - ΔΟΥ: ΔΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 21 16 291 - FAX: 21 16 292

Γεώργιος Μακρίδης
Διαχειριστής SURGILIFE Ε.Π.Ε.