

ΣΚΑΜΠΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 4
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι τροχήλατο.
2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου.
3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 650 mm περίπου και να διαθέτει πέντε (5) ακτίνες για την καλύτερη σταθεροποίησή του. Να διαθέτει στήριγμα ποδιών σχήματος στεφάνης.
4. Η επιφάνεια του καθίσματος διαμέτρου 40 εκ περίπου να είναι κυκλικού σχήματος, περιστρεφόμενη και να καλύπτεται από δερματίνη ηλεκτρικά μονωμένη.
5. Να διαθέτει τοξοειδούς μορφής στήριγμα πλάτης ίδιου υλικού με της επιφάνειας.
6. Οι τροχοί να είναι ελευθέρως κινήσεως και ηλεκτρικά μονωμένοι, διαμέτρου 50 mm περίπου.

Καστοριά 04- 08-2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(Αριθ. Πρωτ.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017)

1. ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3. ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ