

ΚΛΙΝΗ ΤΟΚΕΤΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 7
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλη για γυναικολογικές εξετάσεις και τοκετούς. Να είναι βαριάς κατασκευής, τροχήλατη με ισχυρό σύστημα σταθεροποίησης.
2. Η κλίνη να είναι 3 τμημάτων, πλήρης με ειδικό στρώμα 3 τμημάτων με κάλυμμα.
3. Να διαθέτει τμήμα ποδιών που να αποθηκεύεται εύκολα και γρήγορα κάτω από την επιφάνεια της κλίνης .
4. Η κλίνη να είναι ηλεκτροκίνητη. Οι κινήσεις της πλάτης, και της αυξομείωσης του ύψους να γίνονται ηλεκτρικά.
5. Να διαθέτει τηλεχειριστήριο από το οποίο να εκτελούνται όλες οι ηλεκτροκίνητες κινήσεις της κλίνης. Η θέση του χειριστηρίου να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση από τον ασθενή αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό.
6. Να διαθέτει σύστημα επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με ενσωματωμένο φορτιστή.
7. Να διαθέτει αμφίπλευρο σύστημα επείγουσας κίνησης CPR
8. Να παίρνει θέση Trendelenburg .
9. Να διαθέτει 4 τροχούς, εκ των οποίων ο ένας κατευθυντήριο, διαμέτρου περίπου 15 εκ., με κεντρικό σύστημα πέδησης.
10. Να διαθέτει ρυθμιζόμενα προστατευτικά πλαϊνά.
11. Να διαθέτει στρώμα διαστάσεων περίπου 200 x 85 εκ με εξωτερικό κάλυμμα. Να αναφερθούν όλα τα χαρακτηριστικά του στρώματος το οποίο να διαθέτει CE .
12. Ρύθμιση ύψους περίπου 55 -100 εκ.
13. Ρύθμιση πλάτης από την οριζόντια θέση, 60° τουλάχιστον.
14. Να διαθέτει 2 υποδοχές για στατό ορών.
15. Να φέρει ενιαία μετώπη κεφαλής από μη αναφλέξιμο υλικό εύκολα προσθαφαιρούμενη με ενσωματωμένες χειρολαβές μεταφοράς.
16. Θα αξιολογηθεί θετικά να διαθέτει φώτα νυκτός.
17. Να διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήματα:
 - Ρυθμιζόμενα στηρίγματα ποδιών.
 - Ένα στατό ορών, με τουλάχιστον 2 άγκιστρα.
 - Προσθαφαιρούμενη λεκάνη περισυλλογής υγρών.
 - Λαβές οδοντών
18. Να επιδέχεται βάρος τουλάχιστον 180 kg.
19. Να προσφερθεί ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά προς επιλογή πλήρης σειρά εξαρτημάτων.
20. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας (Operation Manual) στα ελληνικά και το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή πλήρες. Να παραδοθεί αν υπάρχει οποιοσδήποτε κωδικός πρόσβασης στα μενού με το μηχάνημα.
21. Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν.

22. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE, δηλώσεις συμμόρφωσης, πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα της Αρμόδιας Αρχής κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιστοποιητικά θα είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.

Καστοριά 04-08-2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(Αριθ. Πρωτ.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017)

1. ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

3. ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ