

**ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 12**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1. Να προσφερθεί ωρολογιακό σφυγμομανόμετρο κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση.
2. Να διαθέτει μανόμετρο με μεγάλη πρόσοψη , περίπου 15 cm, με ευδιάκριτα νούμερα για την ανάγνωση των μετρήσεων , με υποδιαιρέσεις 0-300 mmHg.
3. Περιχειρίδα κανονικού μεγέθους ενηλίκων η οποία να είναι ανθεκτικής κατασκευής, με σταθερή στήριξη στον βραχίονα
4. Ελαστικό αεροθάλαμο ο οποίος να έχει την δυνατότητα να διογκώνεται μέχρι το μέγιστο της πίεσεως χωρίς τον φόβο σκασίματος . Οι ελαστικοί σωλήνες του να είναι αρκετού μήκους. Να διαθέτει σωλήνα σπιράλ μήκους 2 μέτρων περίπου και συνδετικά μεταλλικά για εύκολη αποσύνδεση της περιχειρίδας και του σωλήνα.
5. Βαλβίδα η οποία να φέρει στρόφιγγα για την ρύθμιση του εισερχόμενου αέρα.
6. Πουάρ το οποίο να είναι από ελαστικό καλής ποιότητας. Να είναι εύχρηστο στις αυξομειώσεις πίεσης του χεριού.
7. Να διαθέτει μέγιστη ακρίβεια, με απόκλιση 1% για όλο το εύρος το οποίο να είναι από 0-300 mmHg.
8. Η τροχήλατη βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό για να μην σκουριάζει, να έχει καλάθι για την τοποθέτηση όλων των παρελκόμενων και να είναι μεταβλητού ύψους.
9. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
10. Το ανωτέρω είδος να έχει CE MARK και να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/00 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 .

Καστοριά 04-08-2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(Αριθ. Πρωτ.: 906/02-02-2011 & 5712/13-07-2017)

**1. ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**  
**ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ**

**2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ**  
**ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

**3. ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ**

**ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**