

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα: 2η Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του έργου «προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΩΣ 10-05-2017

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση	ΚΤΙΡΙΟ SPECTRA – 570 01 ΘΕΡΜΗ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Υπεύθυνος σύνταξης	Παπακωνσταντίνου Αστέριος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	Μόσχου Αρχοντία
Τηλέφωνο	2310 322 525
Φαξ	2310 321 912
Email	antisel@antisel.gr

ΕΙΔΟΣ: 06) ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Η προδιαγραφή 3 προτείνουμε να αλλαχθεί σε:

- Είναι σταθερή με ανατομικό σχήμα. Ο σκελετός της προσφερόμενης πολυθρόνας έχει καμπυλοειδή μορφή (σιγμοειδή) η οποία παίρνει το σχήμα του ανθρωπίνου σώματος και είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα (βαμένος με εποξική βαφή) και καταλήγει σε 4 αντιστατικούς τροχούς με φρένο.

Η προδιαγραφή 5 προτείνουμε να αλλαχθεί σε:

- Να διαθέτει μηχανισμό ανακλίσεων με 4 μοτέρ. Ο μηχανισμός ανακλίσεων να επιτρέπει πολλαπλές ρυθμίσεις χωρίς περιορισμό βαθμίδων, από τη θέση κανονικού καθίσματος (πολυθρόνα) μέχρι την επίπεδη θέση ξαπλώματος.

Η προδιαγραφή 13 προτείνουμε να αλλαχθεί σε:

Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι:

- Μήκος πολυθρόνας : 187 εκατοστά.
- Πλάτος πολυθρόνας (χωρίς τους πλαινούς βραχίονες):55 εκατοστά

Επίσης να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές:

- Να διαθέτει κουμπί έκτακτης ανάγκης (shock position).
- Η επιφάνεια της πολυθρόνας, το στήριγμα της κεφαλής και οι βραχίονες να αποτελούνται από ειδικό αντιπυρικό και αδιάβροχο ύφασμα κλάσης M2
- Όλες οι κινήσεις-ρυθμίσεις (πλάτη-πόδια-κάθισμα-ύψος) της πολυθρόνας να εξασφαλίζονται μέσω καλωδιακού τηλεχειριστηρίου. Με την πίεση ενός διακόπτη ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός να θέτει τον δότη σε διάφορες θέσεις
- Να διαθέτει στο πίσω μέρος της ειδική κατασκευή / θήκη για την στήριξη / τοποθέτηση ρολού χαρτιού και βάση για
- Να έχει δυνατότητα ρύθμισης στη θέση TRENDELENBURG.

ΕΙΔΟΣ: 10) ΣΥΣΚΕΥΗ ΖΥΓΙΣΗΣ-ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η προδιαγραφή 3 προτείνουμε να αλλαχθεί σε:

- Καθ' όλη τη διάρκεια της αιμοληψίας να γίνεται συνεχόμενη ανάδευση του ασκού για την αποφυγή θρόμβων. Να αναδεύει απαλά το αίμα με το αντιπηκτικό σε όλη τη διάρκεια της αιμοληψίας με συχνότητα ανάδευσης 12 κύκλους ανά λεπτό.

Η προδιαγραφή 6 προτείνουμε να αλλαχθεί σε:

1. Να είναι ακριβής στη ζύγιση (έως τα 999ml η απόκλιση να είναι +/- 5ml) Να υπολογίζει αυτομάτως το απόβαρο πριν την έναρξη της αιμοληψίας και με ειδικό χειρισμό, ζυγίζει και να δείχνει το μικτό βάρος (ασκό - αντιπηκτικό-

αίμα).

Η προδιαγραφή 12 προτείνουμε να αλλαχθεί σε:

- Δύναται να λειτουργήσει για τριανταέξι (36) ώρες ή 90 συλλογές αίματος με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Η προδιαγραφή 18 προτείνουμε να αλλαχθεί σε:

- Ρυθμίζεται εύκολα και να είναι σχετικά μικρού όγκου (440x190x245mm) & βάρους 8,90 Kg (συμπεριλαμβανομένης της βαλίτσας μεταφοράς). Η βαλίτσα μεταφοράς να μπορεί να τοποθετηθεί σαν τραπεζάκι ώστε να στηριχθεί πάνω σε αυτό ο ζυγός στις εξορμήσεις του τμήματος Αμοδοσίας.

Επίσης να προστεθούν οι εξής προδιαγραφές:

- Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.
- Το προϊόν να πληροί τις ισχύουσες διατάξεις της οδηγίας 93/42/EEC για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
- Να υπάρχει σέρβις της εταιρίας που προσφέρει το μηχάνημα στη Βόρεια Ελλάδα για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης.
- Να μπορεί να δεχτεί χειριστήριο με οθόνη στην οποία να φαίνονται ψηφιακά οι ενδείξεις της αιμοληψίας προς διευκόλυνση του χρήστη και να υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης ορισμένων παραμέτρων όπως θερμοκρασία, αιμοσφαιρίνη κλπ.(προαιρετικά)
- Να μπορεί να δεχτεί σιαγώνα συγκόλλησης η οποία να συνδέεται στον ζυγό για άμεση συγκόλληση των σωληνίσκων των ασκών.(προαιρετικά)
- Να μπορεί να δεχτεί προαιρετικά bar code reader για να μπορεί ο χρήστης να περνάει πολύ εύκολα τα στοιχεία του ασκού.
- Να μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 210 συλλογές αίματος με τις επιθυμητές πληροφορίες όπως για παράδειγμα ημερομηνία, ώρα, donation number, όγκος συλλογής κτλ.

Για την ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΤΙΡΡΟΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 178 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΣΘΡΛΙΣΜΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ SPECTRUM 178 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΣΘΡΛΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ: 115 ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΣΘΡΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
Παπακωνσταντίνου Αστέριος
Υπεύθυνος πελατών
ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ