



Α.Π. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

Προδιαγραφή #4:

Να διαθέτει οθόνη LCD **τουλάχιστον 7"**, υψηλής ανάλυσης για την εμφάνιση και των δώδεκα απαγωγών. Να έχει τη δυνατότητα προεπισκόπησης (print preview) του ΗΚΓ πριν από την εκτύπωση. Στην οθόνη επίσης να απεικονίζονται μηνύματα για τη λειτουργία του ηλεκτροκαρδιογράφου (ώρα, ημερομηνία, τύπος λειτουργίας, ταχύτητα, εφαρμοζόμενα φίλτρα, μηνύματα σφάλματος, ο καρδιακός ρυθμός, κτλ.)

Προτεινόμενη αλλαγή: «τουλάχιστον» σε «**περίπου**»

Αιτιολογία: Οθόνες με μέγεθος άνω των 5,5" δύναται να παρέχουν **άριστη κλινική πληροφορία και για τις 12 απαγωγές με ταυτόχρονη απεικόνιση μηνυμάτων λειτουργίας** του ηλεκτροκαρδιογράφου. Άλλωστε η **διάγνωση γίνεται στην εκτύπωση** του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και **όχι στην οθόνη**, γεγονός το οποίο καθιστά το μέγεθος της ελάσσονος σημασίας.