

**Προς :**

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς  
Τμήμα : Γραφείο Προμηθειών  
Τηλ. : 24673 50614, -615  
Φαξ : 24673 50657

Θεσσαλονίκη, 27/04/2017

**ΘΕΜΑ : Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών**

Κύριοι :

με την παρούσα επιστολή σας καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας επί των τεχνικών προδιαγραφών της δημόσιας διαβούλευσης του νοσοκομείου σας της 27/04/2017 που αφορά την προμήθεια φυγοκέντρου σωληναρίων εικοσιτεσσέρων (24) θέσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καστοριάς , ως κατωτέρω:

§1 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να είναι επιτραπέζια, κατάλληλη για κλινικές και ερευνητικές εφαρμογές, τελευταίας τεχνολογίας, καινούρια, ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή και να διαθέτει αντικραδασμική βάση και εξωτερικό κάλυμμα από ανθεκτικό πλαστικό υλικό.

§6 → Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής : Να έχει ψηφιακές ενδείξεις στην οθόνη της ταχύτητας σε RPM ή G (RCF), προγράμματος και χρόνου φυγοκέντρωσης και να διαθέτει ψηφιακή ρύθμιση του χρόνου και της ταχύτητας, καθώς και διακόπτη έναρξης / λήξης και συνεχούς λειτουργίας.

§10→ Προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: Να έχει την δυνατότητα υποδοχής διαφόρων οριζοντίων και γωνιακών κεφάλων για διαφόρων μεγεθών σωληνάκια. Οι κεφαλές να αλλάζουν εύκολα από τον χρήστη κατά προτίμηση χωρίς εργαλεία και με αυτόματο κλείδωμα. Οι κεφαλές να είναι κλιβανιζόμενες με laser αναγνώριση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση - διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,  
Ανανιάδης Κωνσταντίνος

**Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ Ε.Ε.**  
**ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**  
Χ. ΜΟΥΣΚΟΥ 21 - Τηλ: 2310 200083  
Τ.Κ. 54634 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Φ.Μ. 093635530 - Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ