

ΠΡΟΣ  
Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μαυριωτίσσης 52100  
Καστοριά

Υπόψη: Γραφείου Προμηθειών  
Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

Θεσσαλονίκη 26/4/2017

**Θέμα:** « Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών αναρρόφησης».

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια αναρρόφησης.

Στην προδιαγραφή 4 αιτείται: **«4. Ο κινητήρας να είναι ισχύος 150W περίπου και να λειτουργεί με πλήρη αντiekρηκτικό σύστημα ασφαλείας, αντλία με πιστόνια χωρίς να χρησιμοποιεί λάδια. Να έχει την δυνατότητα να αποκτά το επιθυμητό κενό σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να είναι κατάλληλη για ήπια και ισχυρή αναρρόφηση»**. Πολλές αναρροφήσεις λειτουργούν εκτός από τη μέθοδο των πιστονιών και με την μέθοδο των μεμβρανών δίχως να χρησιμοποιούν λάδια και οι δύο. Προτείνουμε τροποποίηση ως ακολούθως: **« 4. Ο κινητήρας να είναι ισχύος 150W περίπου και να λειτουργεί με πλήρη αντiekρηκτικό σύστημα ασφαλείας, χωρίς να χρησιμοποιεί λάδια. Να έχει την δυνατότητα να αποκτά το επιθυμητό κενό σε πολύ σύντομο χρόνο, ώστε να είναι κατάλληλη για ήπια και ισχυρή αναρρόφηση »**.

Με εκτίμηση



Σπανίδης Θρασύβουλος  
Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας