

Αγαπητοί Κύριοι,

Σε συνέχεια της

**Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού
«προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
από πόρους του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»**

Και για το είδος 5 Φυγόκεντρος 48 θέσεων θα ήταν βέλτιστο αν:

1. Αναφερθεί τα προγράμματα επιτάχυνσης και επιβράδυνσης να είναι τουλάχιστον 8
2. Στην προδιαγραφή 6 θα προτείναμε να αλλάξει το:
«50 απλών σωλήνων 10-15ml διαστάσεων 15X113» σε
«50 απλών σωλήνων 10-15ml διαστάσεων 16X100»
Το 16X100 που προτείνουμε είναι πιο γενικό και συνήθως 16X100
είναι τα περισσότερα σωληνάρια.

Παραμένουμε στη διάθεση σας

Με εκτίμηση,

Εύη Λαζάρου
ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ