

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
«ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV:22993300-0

Στην Καστοριά σήμερα 11-10-2018 συνήλθε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούμενη από τους:

1. Μήλιο Πασχάλη, ΤΕ Ιατρικών Οργάνων
2. Πολυζώη Παναγιώτα, ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Πουλάκου Μαρίνα, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. (ορθή επανάληψη) 6724/5-09-2018 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ:Ω ΤΠ34690ΒΥ-Ζ4Π), προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους «θερμογραφικό χαρτί» με κωδικό CPV:22993300-0.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια αντίστοιχων διαγωνισμών σε εφαρμογή προγενέστερων Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας.
2. Τις ανάγκες του Νοσοκομείου για την προμήθεια των εν λόγω θερμογραφικών χαρτιών.

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΤΥΠΟΣ-ΜΟΝΤΕΛΟ
1	100 STRIPS	ΧΑΡΤΙ ΗΛΙΟΤΡΟΠΗΟΥ	LITMUS PAPER RED
2	Z-ΦΟΙΛ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΔΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90 MM X 90 MM X 30 M P/N: 8000-0300	ΑΠΗΝΙΑΩΤΗΣ	ZOOL M Series
3	Z-ΦΟΙΛ 100 ΦΥΛΛΩΝ BFM 800	ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ	BFM 800
4	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 MM X 30 M	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ENMOVE 1200 R50 UNI DRAGER JULIAN
5	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ N-20 printer paper Nelcor P/N:901624	ΟΞΥΜΕΤΡΟ	NELCOR
6	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 MM X 50 M	ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ	SONICAID FM 51
7	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 57 MM X 30 M	ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ	NIKON NR-5500
8	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 MM X 30 M	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	FUKUDA FX-121
		ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	KENZ ECG 108
9	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 63 MM X 30 M	ΑΠΗΝΙΑΩΤΗΣ	Welch Allyn PIC 30
		ΜΟΝΙΤΟΡ--ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ GE PRN 50-M
		ΑΠΗΝΙΑΩΤΗΣ	Welch Allyn PIC 30
9	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 63 MM X 30 M	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	FUKUDA FCP-2155
		ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	FUKUDA FX-2111
9	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 63 MM X 30 M	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	FUKUDA FX-2155
		ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	CARDIOFAX ECG-9620M
10	ΡΟΛΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	PRINTER ΥΠΗΡΗΧΟΥ	SONY UP-860 CE

	ΤΥΠΟΥ UPP-110HD ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 110 MM X 20 M	PRINTER ΥΠΕΡΗΧΟΥ	SONY UP-897MD
		PRINTER ΥΠΕΡΗΧΟΥ	SONY UP-D898
		PRINTER ΥΠΕΡΗΧΟΥ	SONY UP-890 CE
11	ΦΥΛΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 88 MM X 130 MM	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ	SONY UP-2100 P COLOR VIDEO PRINTER
12	ΦΥΛΛΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 100 MM X 144 MM	PRINTER ΥΠΕΡΗΧΟΥ PRINTER ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ	SONY UP-D23MD COLOR VIDEO PRINTER SONY UP-21MD COLOR VIDEO PRINTER
13	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 7 DAY (20 C ΕΩΣ -30 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)	ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ	QUENE
14	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7 DAY (30 C ΕΩΣ-30 C ΜΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	PLATINUM 500 SV- 3-STD
15	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 7 DAY (30 C ΕΩΣ-30 C ΜΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)	ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ	ANGELANTONI BB 264 C
16	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 7 DAY (-5 C ΕΩΣ 20 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΔΕΙΓΜΑ)	ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ	HHB125 HB 125 Horizon Series
17	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 7 DAY (20 C ΕΩΣ -30 C ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΔΩΘΗΚΕ ΔΕΙΓΜΑ)	ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ	THERMO FRBB 2304 (THERMO FISHER SCIENTIFIC)
18	ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 36 MM ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ	ΟΞΥΜΕΤΡΟ	BCI
19	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 MM X 30 M P/N:804700 MEDRONIC	ΑΠΙΝΙΑΩΤΗΣ	LIFEPAK 20
20	ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ ΡΟΛΛΟ (ΜΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ) 56 mm X 30 m	ΚΛΙΒΑΝΟΣ	CISA 6410 HF
21	ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ GRAPHIC RECORDER ENDRESS+HAUSER ALFA-LOG	ΚΛΙΒΑΝΟΣ	CISA 6410 HF
22	ΡΟΛΛΟ BFM-900	ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ	BFM 900
23	Z-FOIL ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ:OP-124TE LOT No:2726 ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 MM X75MMX 30 M	ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΝΑΝΗΨΗΣ	FUKUDA DS-7100
24	Z-FOIL ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 MM X100MMX 30 M	ΑΠΙΝΙΑΩΤΗΣ	NIHON KONDEN Cardiolife TEC - 5521K

25	ΧΑΡΤΙ ΠΑΚΕΤΟ Z-FOIL 200 ΦΥΛΛΩΝ Α4 (210mm X 300mm) ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΚΙΛΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ. (QUINTON Reorder No:036868) ή (BURDICK Reorder No/REF: 716-0238-00)	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	ATRIA 6100
26	ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 112 MM ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50MM	ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ	MIR SPIROLAB III COLOUR
27	ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΛΕΥΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 110mm X 30m X 12MM (ΠΛΑΤΟΣ X ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΡΑ X ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ).	ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ	NOVA STAT PROFILE CCX
28	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 MM X ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΚΟΣ	ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	STERRAD 100NX
29	Z-FOIL ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ COROMETRICS 4305 ΛΑΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 152 mm x 90mm x160 mm Reorder code 7981	ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΣ	JUMPER JPD-300P
30	Z-FOIL, 300 ΦΥΛΛΩΝ Α4 (210mm X 300mm) ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΚΙΛΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ. (GE Premium κωδ :2020314-001	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ	GE MAC 2000
31	ΡΟΛΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 MM X 18 M Ref:2606231	ΜΟΝΙΤΟΡ	Drager Vista 120

Καταθέτουμε Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμογραφικού χαρτιού, προκειμένου να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Α.Η.Σ.).

Η αρμόδια επιτροπή διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για τις περαιτέρω ενέργειες.

Καστοριά 11-10-2018

1. Μήλιος Πασχάλης, ΤΕ Ιατρικών Οργάνων
2. Πολυζώη Παναγιώτα, ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Πουλάκου Μαρίνα, ΛΕ Βοηθών Νοσηλευτικής