

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(ΦΙΛΤΡΑ MTN) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV: 33181000-2

Στην Καστοριά σήμερα την 14-05-2020 ημέρα Πέμπτη συνήλθε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούμενη από τους:

1. Τζιάμαλης Μάριος – Διευθυντής Νεφρολογίας
2. Καλούδη Καλλιόπη – ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Βολογιάννη Γιαννούλα – ΤΕ Νοσηλευτικής

η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 4647/22-04-2020 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: ΨΤ5Δ4690ΒΥ-8ΟΧ), προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους «Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης - (φίλτρα MTN)» με κωδικό CPV: 33181000-2.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια αντίστοιχων διαγωνισμών σε εφαρμογή προγενέστερων Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας
2. Τις ανάγκες του Νοσοκομείου για την προμήθεια του εν λόγω είδους.

Καταθέτουμε τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

A/A	ΕΙΔΟΣ						M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ m ²	KUF/m ² Η ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ ml/h.mmHg	ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΔΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Μ.Τ.Ν.		
1	A2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	DIAPES ή ισοδύναμο	1.9	42.1	ατμός	*	Τεμάχιο	780
2	A2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	PEPA ή ισοδύναμο	2.1	64	γ-ακτινοβολία	*	Τεμάχιο	1092
3	A2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	HELIXONE ή ισοδύναμο	2.2	30.9	ατμός	*	Τεμάχιο	1092
4	A2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	Medium-Cut-Off PAES/PVP ή ισοδύναμο	2	29,5	ατμός	*	Τεμάχιο	320
5	B1 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ ή ισοδύναμο	1.3	10	ακτινοβολία	*	Τεμάχιο	780
6	B1 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	ETHYLENE VINYL ALCOHOL COPOLYMER (EVAL) ή ισοδύναμο	1.4	12	ακτινοβολία	*	Τεμάχιο	780
7	B2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΕΛΗΣ ή ισοδύναμο	2.1	18	γ-ακτινοβολία	*	Τεμάχιο	936
8	B2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	XELICONE ή ισοδύναμο	1.8	14	ατμός	*	Τεμάχιο	1560
9	B2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	POLYNEPHRON ή ισοδύναμο	2.1	12.8	ακτινοβολία	*	Τεμάχιο	1248
10	B2 ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO	ΠΟΛΥΣΟΥΛΦΟΝΗ VITASULFONE ή ισοδύναμο	1.7	20	ακτινοβολία	*	Τεμάχιο	1092

* για μηχανές αιμοκάθαρσης FRESenius 4008S και NIKKISO

Καστοριά 14-05-2020

1. Τζιάμαλης Μάριος - Διευθυντής Νεφρολογίας
2. Καλούδη Καλλιόπη – ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Βολογιάννη Γιαννούλα – ΤΕ Νοσηλευτικής