



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης
Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά
Πληροφορίες: Κρανιάς Αργύριος
Τηλέφωνο: 24673 50621
email: prom@kastoriahospital.gr

Καστοριά, 4 Δεκεμβρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ: 14589

ΠΡΟΣ: 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
E-mail: tonia.katsiva@pcosmidis.gr

2. Κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Ν. Καστοριάς: www.kastoriahospital.gr

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση διευκρινήσεων της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών επί του από 29-11-2024 υπομνήματός σας

- ΣΧΕΤ:** 1) Η υπ' αριθμ.14051/26-11-2024 πρόσκληση για την προμήθεια απολυμαντικών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, από το ΠΠΔΕ 2024.
2) Η υπ' αριθμ. 14278/29-11-2024 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΘΒΣ4690ΒΥ-ΔΑΠ) του Διοικητή του Νοσοκομείου.
3) Το από 29-11-2024 ηλεκτρονικό υπόμνημα της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
4) Το από 04-12-2024 έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, το Γ. Ν. Καστοριάς διαβίβασε το από 29-11-2024 ηλεκτρονικό υπόμνημα της εταιρείας σας, σχετικό (3) στην επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 14051/26-11-2024 πρόσκλησης για την προμήθεια απολυμαντικών.

Κατόπιν τούτου, η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών συνέταξε τις παρακάτω διευκρινήσεις επί του ηλεκτρονικού υπομνήματος της εταιρείας σας, σχετικό (3).

Σε απάντηση των ανωτέρω εγγράφων σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Όσον αφορά τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών των απολυμαντικών: Στο

1α) Ναι αναφερόμαστε στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN 14885 τελευταίας έκδοσης.

1β) Ναι, ισχύει και για απολυμαντικά προϊόντα επιφανειών. Εκ παραδρομής δεν διευκρινίστηκε.

1γ) Ναι, θα πρέπει να είναι ελεγμένα με μεθοδολογίες ελέγχου Phase 2 Step 1 & Phase 2 Step 2 ως ορίζει το EN 14885.

2. Όσον αφορά τον α/α 10 των Γενικών Όρων διευκρινίζεται ότι οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν ISO 13485 : 2016.

3. Όσον αφορά τον α/α 11 των Γενικών Όρων διευκρινίζεται ότι μας καλύπτει μία επίσημη δίλωση της εταιρίας παραγωγής για συμβατότητα των απολυμαντικών με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

4. Σχετικά με το τμήμα του α/α 16 των Γενικών Όρων διευκρινίζεται ότι ισχύει το ISO 13485, εκ παραδρομής ζητήθηκε το ISO 46000. Να προσκομισθεί και το ISO 9001, όπως αναφέρεται και στον α/α 10 των Γενικών Όρων των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης.

5. Για το ζητούμενο είδος με α/α 2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ο απαιτούμενος χρόνος επίτευξης του ζητούμενου απολυμαντικού φάσματος να μην υπερβαίνει τα 5-15 λεπτά max..

6. Για το ζητούμενο είδος με α/α 3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, η επιλογή των ενζύμων ως καθαριστικές ουσίες στο εν λόγω είδος ναι μπήκε εκ παραδρομής και για το χρόνο επίτευξης του καθαριστικού και του απολυμαντικού αποτελέσματος, καθώς και

για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος πλην του μυκοβακτηριδίου ισχύουν τα οριζόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14885 τελευταίας έκδοσης.

7. Για το ζητούμενο είδος με α/α 4 ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΪΔΕΣ διευκρινίζεται ότι ναι πρέπει να περιέχει και ως δραστική το υπεροξικό οξύ, καθώς θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο ενεργοποιητή σε κάθε συσκευασία και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την ενεργοποίησή του.

8. Για το ζητούμενο είδος με α/α 5 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 LT διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη τεχνική απαίτηση στην οποία αναφέρεστε γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), οι οποίες αναγράφονται και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.

9. Για το ζητούμενο είδος με α/α 6 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ διευκρινίζεται ότι θα τηρηθούν τα οριζόμενα στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο 14885 τελευταίας έκδοσης.

Ως εκ τούτου ο ανωτέρω λόγος, δεν αποτελεί αιτία παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

